

# 國立清華大學環境輻射監測年報

民國 102 年 1 月至 12 月

原子科學技術發展中心

中華民國 103 年 3 月

## 目 錄

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 摘要/Abstract .....       | 1  |
| 一、前言 .....              | 2  |
| 二、偵測目的與內容 .....         | 3  |
| 三、偵測方法 .....            | 11 |
| 四、偵測結果 .....            | 12 |
| 五、環境偵測結果劑量評估與綜合分析 ..... | 23 |
| 六、結論 .....              | 27 |

## 圖 目 錄

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 圖1 102年清華大學環境輻監測取樣位置圖 .....      | 5  |
| 圖2 102年熱發光劑量計偵測站劑量率變動圖 .....     | 13 |
| 圖3 102年熱發光劑量計各偵測站劑量率變動圖 .....    | 16 |
| 圖4 102年連續輻射偵測劑量率變動圖(原科中心) .....  | 17 |
| 圖5 102年連續輻射偵測劑量率變動圖(加速器館側) ..... | 18 |
| 圖6 102年空浮微粒活度濃度變動圖(原科中心) .....   | 21 |
| 圖7 102年空浮微粒活度濃度變動圖(加速器館側) .....  | 22 |

## 表 目 錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 表1 清華大學環境輻射偵測項目(102年) .....       | 4  |
| 表2 環境試樣分析方法簡表 .....               | 11 |
| 表3 土壤與湖底泥試樣放射核種活度濃度範圍(102年) ..... | 19 |
| 表4 水試樣總貝他活度濃度年報表(102年) .....      | 19 |
| 表5 植物及農產品試樣放射核種活度濃度範圍(102年) ..... | 19 |
| 表6 空浮微粒抽氣試樣放射核種活度濃度範圍(102年) ..... | 20 |
| 表7 落塵試樣放射核種活度濃度範圍(102年) .....     | 20 |
| 表8 熱發光直接輻射偵測劑量估算表(102年) .....     | 25 |
| 表9 清華大學劑量評估報表(102年) .....         | 26 |

## 附 錄

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 附錄1. 湖底泥試樣(SL13與SL14)歷年 <sup>60</sup> Co與 <sup>137</sup> Cs活度分析趨勢 ..... | 28 |
| 附錄2. 指標植物試樣木麻黃(PT11)與龍柏(PT12)歷年 <sup>137</sup> Cs活度分析記錄 .....           | 30 |

## 摘 要

本校102年執行環境輻射監測作業，以偵測校內核設施周圍環境之輻射變化狀況，並確保校園內外環境之輻射安全。茲將偵測結果摘要如下：(1)環境熱發光輻射劑量率介於0.049~0.092微西弗/小時；(2)環境直接輻射連續偵測變動範圍介於0.044~0.119微西弗/小時；(3)空浮微粒總貝他活度介於0.16~1.70毫貝克/立方米，主要測得之天然核種為 $^7\text{Be}$ ；(4)水試樣總貝他活度介於24~481毫貝克/公升之間，且未測得人工核種；(5)植物試樣測得天然放射核種與微量 $^{131}\text{I}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ ；(6)農產品試樣未測得人工放射核種；(7)土壤與湖底泥試樣測得天然放射核種與微量 $^{60}\text{Co}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ ；(8)落塵試樣亦以天然核種 $^7\text{Be}$ 為主，其活度介於0.2~5.5貝克/平方公尺·日。由各項環境監測結果顯示其屬背景輻射變動範圍且低於預警基準；依此估算核設施周圍環境民眾接受的輻射劑量均遠低於法規的劑量限值。

## Abstract

The environmental radiation monitoring was conducted during 2013 to ensure radiation safety in the surroundings of the research reactor in the University. The following summarizes the monitoring results : (1)The direct radiation dose rates with TLD were varied between 0.049~0.092  $\mu\text{Sv/h}$ ; (2)The direct radiation dose rates with radiation monitoring network system were varied between 0.044~0.119 $\mu\text{Sv/h}$ ; (3)The radioactivities of airborne samples by beta counting were varied between 0.16~1.70  $\text{mBq/m}^3$ ;  $^7\text{Be}$  was detected; (4)The radioactivities of water samples by beta counting were varied between 24~481 $\text{mBq/L}$ , no artificial radionuclide was found; (5)Radionuclide analysis of vegetation samples : naturally occurring radionuclides and trace  $^{131}\text{I}$  and  $^{137}\text{Cs}$  were detected; (6) Radionuclide analysis of agricultural products : no artificial radionuclide was detected; (7)Radionuclide analysis of soil samples: naturally occurring radionuclides and trace  $^{60}\text{Co}$  and  $^{137}\text{Cs}$  were detected; (8)Radionuclide analysis of fallout samples collected with water tray: naturally occurring radionuclide  $^7\text{Be}$  was found, varying between 0.2~5.5  $\text{Bq.m}^{-2}.\text{d}^{-1}$ . All monitoring data and the derived radiation dose are within the variation of the background radiation and well below the regulatory levels.

## 一、前言

國立清華大學核子設施自開始運轉迄今已五十餘年，提供師生研究教學使用。依據行政院原子能委員會頒佈之「游離輻射防護法」第十條之規定，設施場所應實施環境輻射監測，且輻射監測應包括劑量率測定及環境試樣之活度分析。本報告內容乃102年本校對其核反應器設施四周環境之輻射劑量及放射性物質活度變化所進行之偵測及結果評估。

## 二、偵測目的與內容

本校之環境輻射偵測，係指對輻射管制區以外之校區，以及校園周圍環境所實施之輻射量測。目的在瞭解上述地區之輻射劑量及放射性物質含量，並據以評估環境民眾所可能接受之影響。

本(102)年環境輻射測監工作內容分為兩大部分：一為直接輻射偵測，主要為偵測環境中加馬輻射之累積劑量，包括宇宙射線、地表之天然輻射及人工輻射；另一為環境中放射性物質活度之量測，所採用之偵測方法計有(1) 累積效應偵測，以土壤、草試樣及指標生物為對象，(2) 水試樣偵測——包括飲用水、湖水、溝水，(3) 農產品，(4) 空浮微粒及落塵偵測——包括抽氣法及水盤法。採用之計測系統主要為低背景貝他偵檢系統及加馬能譜偵檢系統，詳細之偵測項目、取樣頻度、及試樣種類示如表1。各取樣地點示如圖1。各項偵測結果與劑量評估方式依據原能會「環境輻射監測規範」附件四。空氣與水攝入量採「游離輻射防護安全標準」所訂定之值。使用因子採用農委會「糧食供需年報」每人每年純糧食供給量資料。

表1 清華大學環境輻射監測項目(102年)

| 試樣類別    |            | 頻 度 | 站 數 | 分析類別                          | 備 註                  |
|---------|------------|-----|-----|-------------------------------|----------------------|
| 環境直接輻射  |            | 每季  | 22  | 累積劑量                          | 含背景站                 |
|         |            | 連續  | 2   | 劑量率監測                         |                      |
| 土壤試樣    | 表土壤        | 每半年 | 15  | $\gamma$                      | 含背景站                 |
|         | 湖底泥        | 每季  | 2   | $\gamma$                      |                      |
| 水試樣     | 河湖水        | 每月  | 2   | G $\beta, \gamma$             | THOR附近。              |
|         | 河湖水        | 每季  | 13  | G $\beta, \gamma, ^3\text{H}$ | 含背景站； $^3\text{H}$ 量 |
|         | 溝水         |     |     |                               | 測頻度為每半               |
|         | 地下水<br>飲用水 |     |     |                               | 年。註(1)               |
| 植物試樣    | 植物         | 每半年 | 14  | $\gamma$                      | 含背景站                 |
|         | 龍柏葉        | 每季  | 2   | $\gamma$                      | THOR附近。註(3)          |
|         | 木麻黃        |     |     |                               | (指標植物)               |
| 農產品     | 稻米         | 每半年 | 2   | $\gamma$                      | 水源里                  |
|         | 葉菜類        |     |     |                               |                      |
| 空浮微粒    |            | 每週  | 2   | G $\beta, \gamma$             | 註(2)                 |
|         |            | 每月  | 2   | $\gamma$                      |                      |
| 落塵(大水盤) |            | 每月  | 1   | $\gamma$                      | 原科中心                 |

註(1):水試樣之總貝他分析結果若超過0.30貝克/升時，方執行加馬能譜分析。G  $\beta$ 指總貝他計測。

註(2):每週空氣微粒之總貝他分析結果若超過3.7毫貝克/立方公尺時(約為背景值的10倍)，方執行加馬能譜分析。

註(3):THOR係指清華水池式反應器。



圖 1.1 國立清華大學環境輻射取樣位置圖



圖 1.2 國立清華大學環境輻射取樣位置圖(連續劑量、空浮微粒、落塵、農產品)



圖 1.3 國立清華大學環境輻射取樣位置圖(熱發光劑量)



圖 1.4 國立清華大學環境輻射取樣位置圖(土壤及底泥)



圖 1.5 國立清華大學環境輻射取樣位置圖(水試樣)



圖 1.6 國立清華大學環境輻射取樣位置圖(植物試樣)

### 三、偵測方法

偵測方法分為環境加馬直接輻射及環境試樣放射性活度分析兩種。前者以熱發光劑量計(TLD)、連續偵測為主，後者則包括總貝他活度計測、加馬能譜分析等。加馬核種計測係使用純鍺偵檢系統作加馬能譜分析，主要對象核種包括錳54、鈷60、銻137、碘131等。試樣之分析項目、前處理方法及計測條件示如表2。

表2 環境試樣分析方法簡表

| 試樣類別                | 分析類別      | 分析方法簡介                                                                                       | 分析作業程序書                                |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 環境直接輻射              | 累積劑量(每季)  | 以計讀儀計讀硫酸鈣熱發光劑量計                                                                              | RML-OS-05                              |
|                     | 劑量率(連續)   | 以環測用充氣式偵檢器連續監測環境加馬劑量率。                                                                       | RML-OS-06                              |
| 土壤試樣<br>(土壤，底泥)     | 加馬核種      | 烘乾篩濾後裝罐，以純鍺偵檢系統(GC3520，Canberra)計測                                                           | RML-OS-01；<br>RML-OS-02                |
| 水試樣(地下水，河湖水，溝水，飲用水) | 總貝他       | 蒸乾灰化後以低背景比例偵檢系統(WPC9550；Protean-Instrument Corporation)計測                                    | RML-OS-01；<br>RML-OS-02；<br>RML-OS-03； |
|                     | 加馬核種<br>氚 | 直接以純鍺偵檢系統計測上述試樣蒸餾純化後直接以低背景液體閃爍偵檢系統(Tri-Carb2910；PerkinElmer)計測                               | RML-OS-04                              |
| 植物，農產品              | 加馬核種      | 灰化後裝罐，以純鍺偵檢系統計測                                                                              | RML-OS-01；<br>RML-OS-02                |
| 空浮微粒                | 總貝他       | 以低容量空氣取樣器，抽約500立方米(每周)容積空氣後，待24小時後再置於低背景比例偵檢系統(WPC9550；Protean-Instrument Corporation)直接計測濾紙 | RML-OS-01；<br>RML-OS-02；<br>RML-OS-03  |
|                     | 加馬核種      | 累積一月之濾紙後直接以純鍺偵檢系統計測                                                                          |                                        |
| 落塵(大水盤)             | 加馬核種      | 蒸乾灰化後以純鍺偵檢系統計測                                                                               | RML-OS-01；<br>RML-OS-02                |

## 四、偵測結果

### 1. 環境加馬直接輻射

於清華大學校園周圍設置22個硫酸鈣( $\text{CaSO}_4$ )熱發光劑量計偵測站，以偵測環境加馬直接輻射劑量率。各偵測點之劑量率變化如圖2及圖3所示，變動範圍介於0.049~0.092微西弗/小時之間。各測站偵測結果均低於預警基準1.0微西弗/小時。

環境直接輻射連續偵測於原科中心(102年9月起已移至生物科技館)及加速器館側進行偵測，茲將102年全年劑量率變動(每日最大值，最小值與平均值)繪於圖4圖5中。偵測變動範圍介於0.044至0.119微西弗/小時之間。日平均變動範圍則於0.066至0.116微西弗/小時之間，均低於預警基準。全年平均值均為0.072微西弗/小時。

### 2. 環境試樣之活度分析

#### (1) 土壤與湖底泥

土壤與湖底泥試樣分析結果均已列表於各季報。在清華校園內可分析到微量之核爆及校園污染殘留核種 $^{137}\text{Cs}$ 與 $^{60}\text{Co}$ ，低於預警基準。土壤與湖底泥試樣中各核種之活度濃度範圍如表3所示。湖底泥試樣(SL13與SL14)歷年活度變化趨勢如附錄1。昆明湖底泥(SL13)的 $^{60}\text{Co}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ 活度已明顯下降至背景範圍，漫瀘池(荷塘)底泥(SL14)中的 $^{60}\text{Co}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ 為早期因核反應器與同位素館廢液之外釋所致，於96~99年間因淤泥堆積而呈表面活度下降，於100年後之清淤工程後 $^{137}\text{Cs}$ 則維持在30貝克/公斤左右，而 $^{60}\text{Co}$ 則小於10貝克/公斤。

#### (2) 水樣

包括飲用水、溝水、湖水等，分析結果列表於各季報，水樣總貝他活度範圍介於24~481毫貝克/公升，年度平均值示如表4，均低於預警基準，未發現人工核種。水樣氚核種分析值均低於儀器之偵測極限。

#### (3) 植物及農產品

在清華校園內外取草樣為主，並以木麻黃、龍柏作為植物指標試樣；農產以稻米及蔬菜為主。植物試樣測得微量 $^{131}\text{I}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ 核種，均低於預警基準；各核種之活度變動範圍如表5。指標植物木麻黃 $^{137}\text{Cs}$ 活度已逐年降低，如附錄2說明。






















圖2 102年熱發光劑量計偵測站劑量率變動圖












圖3 102年熱發光劑量計各偵測站劑量率變動圖



註：9/04 原科中心連續偵測系統遷至生物科技館於 B101 室進行安裝測試，並於 9/11 日起於該館頂樓執行監測。

圖4 102年連續輻射偵測劑量率變動圖(原科中心)




圖5 102年連續輻射偵測劑量率變動圖(加速器館側)

表 3 土壤與湖底泥試樣放射核種活度濃度範圍(102年)

| 分析<br>次數 | 活度濃度範圍(貝克/千克·乾重) |       |        |         |         |        |
|----------|------------------|-------|--------|---------|---------|--------|
|          | Be-7             | Co-60 | Cs-137 | K-40    | Th-232系 | U-238系 |
| 38       | ~32              | ~7.3  | ~40    | 287~680 | 25~55   | 17~32  |

表 4 水試樣總貝他活度濃度年報表(102年)

| 試樣編號 | 取樣地點         | 活度濃度(毫貝克/公升) |     |     |
|------|--------------|--------------|-----|-----|
|      |              | 平均值          | 最 高 | 最 低 |
| PW00 | 新庄里地下水(背景站)  | 65.5         | 98  | 27  |
| PW01 | THOR前漫瀘池(每月) | 114.7        | 168 | 56  |
| PW02 | THOR東溝水(每月)  | 133.2        | 184 | 90  |
| PW03 | 環測實驗室自來水     | 41.8         | 46  | 38  |
| PW04 | 梅湖           | 147.3        | 162 | 139 |
| PW05 | 靜齋前池水        | 135.8        | 150 | 113 |
| PW06 | 昆明湖          | 113.5        | 131 | 90  |
| PW07 | 廢水排水口        | 318.3        | 481 | 241 |
| PW08 | 成功湖          | 52.3         | 73  | 40  |
| PW09 | 交大光復區        | 94.0         | 124 | 77  |
| PW10 | 水源里地下水       | 53.8         | 67  | 47  |
| PW11 | 自來水廠         | 34.8         | 42  | 24  |
| PW12 | 寶山路水溝        | 70.5         | 89  | 47  |

註：總貝他分析結果大於0.3貝克/公升之試樣，執行加馬能譜核種分析，人工放射性核種均低於登錄值。

表 5 植物及農產品試樣放射核種活度濃度範圍(102年)

| 分析<br>次數 | 活度濃度範圍(貝克/千克·鮮重) |       |        |      |         |        |   |
|----------|------------------|-------|--------|------|---------|--------|---|
|          | Be-7             | I-131 | Cs-137 | K-40 | Th-232系 | U-238系 |   |
| 植物       | 36               | 5~247 | ~0.7   | ~2.8 | 70~253  | —      | — |
| 農產品      | 4                | ~0.4  | —      | —    | 19~217  | —      | — |

### 3. 空氣微粒及落塵之活度分析

#### (1) 空浮微粒

空浮微粒取樣地點為原科中心(102年9月起已移至生物科技館)及加速器館側，其每週總貝他活度變動介於0.16~1.70毫貝克/立方米，如圖6及圖7所示，年平均活度分別為0.73及0.74毫貝克/立方米，變動範圍遠低於預警基準90毫貝克/立方米。而其加馬能譜核種活度範圍如表6所列，主要為天然放射性核種<sup>7</sup>Be。

#### (2) 落塵(大水盤)

大水盤落塵取樣地點為原科中心(102年9月起已移至生物科技館)，本年之加馬能譜活度分析結果如表7所示，主要為天然核種<sup>7</sup>Be等，其活度介於0.2~5.5貝克/平方公尺.日。

表 6 空浮微粒抽氣試樣放射核種活度濃度範圍(102年)

| 分析次數  |    | 活度濃度範圍(毫貝克/立方米) |       |        |
|-------|----|-----------------|-------|--------|
|       |    | Be-7            | I-131 | Cs-137 |
| 原科中心  | 12 | 0.6~5.5         | —     | —      |
| 加速器館側 | 12 | 1.0~6.0         | —     | —      |

表 7 落塵試樣放射核種活度濃度範圍(102年)

| 分析次數 |    | 活度濃度範圍(貝克/平方公尺.日) |       |          |            |         |        |
|------|----|-------------------|-------|----------|------------|---------|--------|
|      |    | Be-7              | I-131 | Cs-137   | K-40       | Th-232系 | U-238系 |
| 原科中心 | 12 | 0.2~5.5           | —     | - ~0.024 | 0.01~0.311 | —       | —      |




圖6 102年空浮微粒活度濃度變動圖(原科中心)




圖7 102年空浮微粒活度濃度變動圖(速器館側)

## 五、環境偵測結果劑量評估與綜合分析

### 1. 環境輻射偵測結果劑量評估

#### (1) 熱發光直接輻射劑量估算

熱發光直接輻射偵測結果所估算之淨劑量已列於各季報中，謹將全年估算結果彙整於表8中，各站估算之淨劑量均為<MDA(小於0.05 mSv/年或0.025 mSv/季)。

#### (2) 地表土壤核種之體外劑量估算

土壤中人造放射核種造成之體外劑量估算如下式：

$$D(\text{mSv/y}) = 8760 \times S \times K \times H \times A$$

式中

$$S = 0.36(\text{佔用因數})$$

$$K = 80 \text{ kg/m}^2$$

$$H = \text{劑量轉換因數} (^{60}\text{Co}=8.28 \times 10^{-9}; ^{137}\text{Cs}=2.08 \times 10^{-9} \text{ mSv}\cdot\text{m}^2/\text{Bq}\cdot\text{h})$$

$$A = \text{土壤核種活度}(\text{Bq/kg})$$

- (i) 依本校一般土壤試樣分析結果，大多含微量 $^{137}\text{Cs}$ 於 10 Bq/kg 以內，此乃核爆影響，依SL01(較高者)測得之年平均活度 5.2 Bq/kg 估算得到之體外劑量為 $2.7 \times 10^{-3} \text{ mSv/y}$ 。
- (ii) 因過去校園污染事件(非本校核設施運轉)造成之土壤 $^{137}\text{Cs}$ 偏高地區，如SL12(較高者)測得 $^{137}\text{Cs}$ 活度平均值為 36.5 Bq/kg，依此估算體外劑量為 0.019 mSv/y。

#### (3) 體內劑量之估算

##### (1) 空浮微粒吸入之體內劑量

依各站(PA01與PA02)  $^{131}\text{I}$ 空浮微粒濃度結果估算(偵測低限值為0.1毫貝克/立方米)。以下式估算，顯示本年各測站均遠低於登錄值(1/1000毫西弗)，註記為 < 0.001毫西弗。

約定有效劑量(毫西弗/季)=平均空浮微粒濃度(貝克/立方米)× 年吸入量  
(8103立方米/年)×劑量轉換因數( $7.4 \times 10^{-9}$ 毫西弗/貝克)。

##### (2) 農產品攝入之體內劑量

農產品試樣不含人工核種或低於偵測低限值(如 $^{137}\text{Cs}$ 為0.1 Bq/kg)。依下式估算得到小於  $10^{-4} \text{ mSv/y}$ ，註記 < 0.001。(農產品年攝入量依農委會101年「糧食供需年報」每人純糧食供給量，稻米為45.6公斤，蔬菜為103公斤)。

$$\text{約定有效劑量 (mSv/y)} = \text{吸入核種活度 (Bq/kg)} \times \text{年攝入量 (kg/y)} \times \text{劑量轉換因數 } 1.3 \times 10^{-5} \text{ (mSv/Bq)}$$

## 2. 環境偵測結果比較與綜合分析

- (1) 本年(102年)度環境輻射偵測結果顯示各項偵測與分析結果均未超過法規之調查基準，且落於背景輻射變動範圍之內。
- (2) 謹將本年(102年)環境偵測結果劑量估算結果列於表9中，各項估算之輻射劑量均遠低於法規限值。與上年(101年)偵測結果比較，並無顯著的差異

表8 熱發光直接輻射偵測劑量估算表(102年)

| 試樣編號  | 淨劑量  |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
|       | 第一季  | 第二季  | 第三季  | 第四季  |
| TLD00 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD01 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD02 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD03 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD04 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD05 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD06 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD07 | <MDA | /    | <MDA | <MDA |
| TLD08 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD09 | <MDA | <MDA | /    | <MDA |
| TLD10 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD11 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD12 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD13 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD14 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD15 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD16 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD17 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD18 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD19 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD20 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |
| TLD21 | <MDA | <MDA | <MDA | <MDA |

說明一：各站劑量值落於(歷次平均值 $\pm 3 \times$ 偏差)範圍內，淨劑量註記為<MDA(小於0.05mSv/年或0.025毫西弗/季)；偏差計算為 $\sigma = \sqrt{(X_i - \bar{X})^2 / n - 1}$ 。

說明二："/"表示熱發光劑量計遺失。

表9 清華大學劑量評估報表(102年)

| 曝露途徑 | 體外曝露(毫西弗/年) |                      |    | 體內曝露(毫西弗/年) |    |      |     |
|------|-------------|----------------------|----|-------------|----|------|-----|
|      | TLD         | 地表                   | 岸沙 | 空浮微粒        | 飲水 | 農畜產物 | 海產物 |
| 核設施  | < MDA       | —                    | *  | —           | *  | —    | *   |
| 核爆影響 | /           | $2.7 \times 10^{-3}$ | /  | /           | /  | /    | /   |
| 其他影響 | /           | 0.019                | /  | /           | /  | /    | /   |

註 1：TLD 評估 0.05 毫西弗/年或 0.025 毫西弗/季，則註記小於 MDA。

註 2：“—”表未測得數據。

註 3：各曝露途徑的有效劑量低於 0.001 毫西弗(<0.001 毫西弗)者，僅註記「—」，並加註「未達評估標準」。

註 4：體內劑量評估係考慮 50 年的劑量積存。

註 5：凡經評估所得最大個人劑量之設站地點，在計畫書中未規劃執行該項試樣(表示無此曝露途徑)者，即於表格中直接標示「\*」，並註明「最大個人劑量的地點無此曝露途徑」。

註 6：核爆與其他影響乙欄，如不需評估者可以「/」表示，並註明「本項不需評估」。

註 7：其他影響係指過往校園污染事件的背景輻射影響。

註 8：清華大學劑量評估報告(101 年)


| 曝露途徑 | 體外曝露(毫西弗/年) |                      |    | 體內曝露(毫西弗/年) |    |      |     |
|------|-------------|----------------------|----|-------------|----|------|-----|
|      | TLD         | 地表                   | 岸沙 | 空浮微粒        | 飲水 | 農畜產物 | 海產物 |
| 核設施  | < MDA       | —                    | *  | —           | *  | —    | *   |
| 核爆影響 | /           | $2.9 \times 10^{-3}$ | /  | /           | /  | /    | /   |
| 其他影響 | /           | 0.0123               | /  | /           | /  | /    | /   |

## 六、結 論


本校102年環境輻射偵測作業共計執行之偵測件數為400件次以上，另有環境連續偵測配合，對本校核子設施及周邊實驗室實施輻射監測以確保校園之輻射安全。各項偵測與分析結果均低於調查基準，且屬背景輻射變動範圍。依「環境輻射監測規範」附件四「體外及體內劑量評估方法」評估核設施作業及核爆落塵對環境民眾的影響，相較於往年並無顯著的變動。為求環境試樣偵測品質之保證，本中心定期參加財團法人全國認證基金會(TAF)與原能會輻射偵測中心舉辦之實驗室環境試樣比較分析試驗，另參加TAF游離輻射測試領域認可實驗室之認證。

附錄1. 湖底泥試樣(SL13與SL14)歷年 $^{60}\text{Co}$ 與 $^{137}\text{Cs}$ 活度分析趨勢

昆明湖底泥(SL13)



# 漫濾池(荷塘)底泥(SL14)



附錄2. 指標植物試樣木麻黃 (PT11) 及龍柏(PT12) 歷年<sup>137</sup>Cs活度分析記錄

